


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	福建省龙岩市第一医院
拟采购产品名称	低温高速离心机
拟采购产品金额	人民币 8 万元
采购项目所属项目名称	小动物活体成像系统等医疗设备政府公开采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 159.8 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他	
原因阐述:	
<p>一、采购需求</p> <p>低温高速离心机针对小容量样品的快速分离提供较高转速,在多项检测项目中,需要使用低温高速离心机来分离样品,进口低温高速离心机其极大的力矩,可大大缩短仪器升/降速的时间,令离心过程更短,实验重现性更高,实现高离心效率。</p> <p>二、进口产品的优势和国产设备的不足</p> <p>进口低温高速离心机的优势在于: 1) 具备转速要求≥ 15000 rpm; 2) 时间控制范围 0~99 分钟 59 秒/连续运转/短时加速,转头具备防污染、自动识别、安全卡紧功能; 3) 具备瞬时离心功能; 4) 具备定时计时功能。</p> <p>国产低温高速离心机在离心力和精度,快速制冷和持续制冷能力,容器的气密性,离心容器的兼容性无法满足我院使用需求。</p>	
三、专家论证意见	
<p>经论证,进口离心机最大转速可达15000 rpm,转速精确度高,而国产产品在离心力和精度、快速制冷和持续制冷能力无法满足该院临床科研要求,建议采购进口设备。</p>	
专家签字:	



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	福建省龙岩市第一医院
拟采购产品名称	低温高速离心机
拟采购产品金额	人民币 8 万元
采购项目所属项目名称	小动物活体成像系统等医疗设备政府公开采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 159.8 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取:

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取

☐ 3. 其他

原因阐述:

一、采购需求

低温高速离心机针对小容量样品的快速分离提供较高转速, 在多项检测项目中, 需要使用低温高速离心机来分离样品, 进口低温高速离心机其极大的力矩, 可大大缩短仪器升/降速的时间, 令离心过程更短, 实验重现性更高, 实现高离心效率。

二、进口产品的优势和国产设备的不足

进口低温高速离心机的优势在于: 1) 具备转速要求 ≥ 15000 rpm; 2) 时间控制范围 0~99 分钟 59 秒/连续运转/短时加速, 转头具备防污染、自动识别、安全卡紧功能; 3) 具备瞬时离心功能; 4) 具备定时计时功能。

国产低温高速离心机在离心力和精度, 快速制冷和持续制冷能力, 容器的气密性, 离心容器的兼容性无法满足我院使用需求。

三、专家论证意见

经论证, 进口设备 转速 ≥ 15000 rpm, 时间控制范围 0~99 分钟 59 秒/连续运转/短时加速, 具备转头防污染, 自动识别, 安全卡紧功能, 定时计时功能。而国产设备在离心力和精度, 快速制冷和持续制冷能力, 容器的气密性, 离心容器的兼容性无法满足科研使用需求, 因此, 建议购买进口设备。

专家签字:

李峰



扫描全能王 创建

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	福建省龙岩市第一医院
拟采购产品名称	低温高速离心机
拟采购产品金额	人民币 8 万元
采购项目所属项目名称	小动物活体成像系统等医疗设备政府公开采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 159.8 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取:

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取

☐ 3. 其他

原因阐述:

一、采购需求

低温高速离心机针对小容量样品的快速分离提供较高转速,在多项检测项目中,需要使用低温高速离心机来分离样品,进口低温高速离心机其极大的力矩,可大大缩短仪器升/降速的时间,令离心过程更短,实验重现性更高,实现高离心效率。

二、进口产品的优势和国产设备的不足

进口低温高速离心机的优势在于: 1) 具备转速要求 ≥ 15000 rpm; 2) 时间控制范围 0~99 分钟 59 秒/连续运转/短时加速,转头具备防污染、自动识别、安全卡紧功能; 3) 具备瞬时离心功能; 4) 具备定时计时功能。

国产低温高速离心机在离心力和精度,快速制冷和持续制冷能力,容器的气密性,离心容器的兼容性无法满足我院使用需求。

三、专家论证意见

低温高速离心机是进行临床相关研究的实验室必备的仪器,对离心力和精度,快速制冷和持续制冷能力,容器的气密性,离心容器的兼容性均有较高的要求,进口设备能够满足该院临床医学研究的要求,建议购买进口设备。

专家签字:

陈君松



扫描全能王 创建

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	福建省龙岩市第一医院
拟采购产品名称	低温高速离心机
拟采购产品金额	人民币 8 万元
采购项目所属项目名称	小动物活体成像系统等医疗设备政府公开采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 159.8 万元

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取:

☐2. 无法以合理的商业条件获取

☐3. 其他

原因阐述:

一、采购需求

低温高速离心机针对小容量样品的快速分离提供较高转速,在多项检测项目中,需要使用低温高速离心机来分离样品,进口低温高速离心机其极大的力矩,可大大缩短仪器升/降速的时间,令离心过程更短,实验重现性更高,实现高离心效率。

二、进口产品的优势和国产设备的不足

进口低温高速离心机的优势在于:1) 具备转速要求 ≥ 15000 rpm; 2) 时间控制范围 0~99 分钟 59 秒/连续运转/短时加速,转头具备防污染、自动识别、安全卡紧功能; 3) 具备瞬时离心功能; 4) 具备定时计时功能。

国产低温高速离心机在离心力和精度,快速制冷和持续制冷能力,容器的气密性,离心容器的兼容性无法满足我院使用需求。

三、专家论证意见

本次论证符合政府采购相关法律法规、法规的规定,
能够合法。

专家签字:

黄津锦



扫描全能王 创建

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	福建省龙岩市第一医院
拟采购产品名称	低温高速离心机
拟采购产品金额	人民币 8 万元
采购项目所属项目名称	小动物活体成像系统等医疗设备政府公开采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 159.8 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取:

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取

☐ 3. 其他

原因阐述:

一、采购需求

低温高速离心机针对小容量样品的快速分离提供较高转速,在多项检测项目中,需要使用低温高速离心机来分离样品,进口低温高速离心机其极大的力矩,可大大缩短仪器升/降速的时间,令离心过程更短,实验重现性更高,实现高离心效率。

二、进口产品的优势和国产设备的不足

进口低温高速离心机的优势在于: 1) 具备转速要求 ≥ 15000 rpm; 2) 时间控制范围 0~99 分钟 59 秒/连续运转/短时加速,转头具备防污染、自动识别、安全卡紧功能; 3) 具备瞬时离心功能; 4) 具备定时计时功能。

国产低温高速离心机在离心力和精度,快速制冷和持续制冷能力,容器的气密性,离心容器的兼容性无法满足我院使用需求。

三、专家论证意见

龙岩市第一医院拟采购进口低温高速离心机理由合理,论证如下:
1. 高速离心机在临床检验、样品分析过程中用处极大,特别是高通量、高通量离心机。2. 进口产品优势: 最高转速 ≥ 15000 rpm 且离心器大转子 24x22 ml, 转头具备防污染、自动识别、安全卡紧功能; 具有瞬时离心功能, 具有不平衡保护、双重温度监测,符合国际安全标准 IEC1010。3. 国产设备不足: 在离心速度, 降温制冷, 容器的气密性, 以及长久使用的稳定性, 与进口设备相比, 还有一定差距, 对临床使用有潜在影响。综上所述, 建议采购进口设备。

专家签字: 马维民 马维民



扫描全能王 创建

专家组成员情况表

姓 名	电 话	职 称 (职 位)	专 业	单 位
马继民	13705008136	高工	医疗设备	南京军区福州总医院
白建元	13609588216	高工	医疗设备	福建中医药大学附属第二人民医院
李琴	13489115197	高工	医疗设备	福建省计量科学研究所
贾春榕	13675010435	高工	医疗设备	福建省级机关医院
黄津钟	13328217399	律师	法律	福建博世律师事务所

专家签字:

贾春榕

马继民

白建元

黄津钟

李琴

